



SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE” GALAȚI

Str. Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galați, jud. Galați

TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com

TEL/FAX: 0236/412.301

WEB: www.maternitategl.ro

Numar operator de date cu caracter personal : 35708



APROBAT,
MANAGER
Prof. Univ. Dr. Costinela Georgescu

Evaluare oferte

privind ACHIZITIA DIRECTA de:

Analizor hematologie 3 diff, Tromboelastograf, Analizor biochimie uscata

In temeiul prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE” GALAȚI, cu sediul in Galati, str. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU, nr.99, judetul Galati, telefon 0236/413131, fax 0236/412301, adresa e-mail: spitalog.achizitii@gmail.com, in calitate de autoritate contractanta, conform Referatului de necesitate nr.3858/28.03.2024 si a Adresei nr.5989/04.06.2024(aprobare fonduri Investitii),

In data de 23.09.2024 a fost publicat :

* Invitatie de participare nr. 11456/23.09.2024,

* Caietul de sarcini nr.11455/23.09.2024, intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu: <https://www.maternitategl.ro/anunturi.html>, pentru a se solicita depunerea de oferte care ar putea satisface cerintele autoritatii contractante si initierea achizitiei directe. In catalogul SEAP nu s-au identificat produse care sa corespunda cerintelor autoritatii contractante, astfel cum au fost solicitate prin Referatul de necesitate nr.3858/28.03.2024, respectiv Caietul de sarcini nr. 11455/23.09.2024.

Valoari estimate :

1. *Analizor hematologie 3 diff* – 30.252,00 lei fara TVA
2. Echipament Point of Care-*Tromboelastograf*, - 62.184,00 lei fara TVA
3. *Analizor biochimie uscata* - 33.613,00 lei fara TVA

CPV : 38434000-6 Analizoare

Sursa de finantare : Investitii

In baza anuntului publicat in sectiunea dedicata a website-ului propriu au fost transmise prin e-mail: spitalog.achizitii@gmail.com, in termenul limita de depunere oferte impus de autoritatea contractanta, urmatoarele oferte :

1. Analizor hematologie 3 diff :
 - Oferta nr. 11460/24.09.2024, Ofertant SC SYNTTERGY CONSULT SRL
 - Oferta nr.11537/25.09.2024, Ofertant SC BIVARIA GRUP SRL
2. Echipament Point of Care-Tromboelastograf :
 - Oferta nr. 11459/24.09.2024, Ofertant SC SYNTTERGY CONSULT SRL
3. Analizor biochimie uscata - Ofertant SC SYNTTERGY CONSULT SRL
 - Oferta nr. 11458/24.09.2024, Ofertant SC SYNTTERGY CONSULT SRL



În urma desfășurării procesului de evaluare, propunerile tehnice prezentate în :

1. Oferta nr. 11460/24.09.2024- Analizor hematologie 3 diff ,
2. Oferta nr. 11459/24.09.2024 -Echipament Point of Care-Tromboelastograf
3. Oferta nr. 11458/24.09.2024- Analizor biochimie uscata ,
de ofertantul SC SYNTTERGY CONSULT SRL, au îndeplinit cerințele minime din Caietul de sarcini, ofertele au fost declarate admisibile.
4. Oferta nr.11537/25.09.2024- Analizor hematologie, de ofertantul SC BIVARIA GRUP SRL, nu îndeplinește cerințele minime din Caietul de sarcini, respectiv :

* Solicitarea din caietul de sarcini: “Analizor de hematologie ce poate determina minim următorii parametri:, NLR (raport neutrofile/ limfocite);”

Analizorul automat de hematologie model BC-30s, propus în oferta, nu afișează NLR (raport dintre neutrofile și limfocite).

* Solicitarea din caietul de sarcini: ”Sa poata face determinari din vacutainere cu sau fara capac.”

Echipamentul propus ofera posibilitatea de a efectua determinari doar din vacutainere fara capac.

* Solicitarea din caietul de sarcini: ”Sa afiseze numarul de teste disponibile in orice moment.”

Echipamentul propus afișează volumul de reactivi, nu numărul de teste.

* Solicitarea din caietul de sarcini: ” Sa utilizeze pachete de reactivi de minim 500 teste, iar volumul pachetului de reactivi sa nu depaseasca 7 litri”

Echipamentul propus utilizează reactivi individuali, nu un pachet compact cu un număr de teste fix.

* Solicitarea din caietul de sarcini: “Dimensiuni maxime admise (HxWxD): 30 cm x 25 cm x 35 cm; Greutate maxima: 9 kg.”

Dimensiunile și masa echipamentului propus depășesc valorile echipamentului solicitat. Analizorul are dimensiunile : 40cm(H) x 30cm(W)x 41 cm(D); Greutate analizor ≤20kg.

, fapt pentru care a fost respinsă, fiind declarată oferta neconformă, conf art.215, alin.5 din L98/2016 coroborat cu art.137, alin.3, lit.a din HG 395/2016.

S-a trecut la evaluarea ofertelor financiare sub aspectul: corelării cu propunerile tehnice prezentate; încadrării în valoarea estimată a achiziției, asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi



SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE “BUNA VESTIRE” GALAȚI

Str. Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galați, jud. Galați

TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com

TEL/FAX: 0236/412.301

WEB: www.maternitategl.ro

Numar operator de date cu caracter personal : 35708

livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.

In urma evaluarii financiare ofertele depuse de SC SYNTTERGY CONSULT SRL, respectiv :

1. Analizor hematologie 3 diff – 30.252,00 lei fara TVA
 2. Echipament Point of Care (Tromboelastograf), - 62.184,00 lei fara TVA
 3. Analizor biochimie uscata - 33.613,00 lei fara TVA
- au fost declarate conforme si castigatoare pentru această procedură de atribuire.

Achizitia se va realiza prin incheierea unui contract de furnizare in baza unei achizitii realizate prin intermediul SEAP.

Director financiar contabil
EC. BULBOACA DOINA ALINA

Director Medical,
Dr. SOLOVIEV DRAGOS

Sef Comp ATI
Dr. HARABOR ANAMARIA

Dr. Comp ATI
Dr. CIOBOTARU VALENTINA

Consilier juridic
Marculescu Mircea

Sef Serv. TEHNIC AD-TIV, ACHIZITII,
ING. PINTILIE IULIAN

Intocmit,
EC. NICODIM FLORENTINA